



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้

๑. จำนวนผู้มายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

มีผู้มายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ๓ ราย คือ

๑.๑ บริษัท เมติคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑๗-๒๐ ซอยสุขุมวิท ๑๖ (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑.๒ บริษัท เมติแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕/๘๓ ซอยลาดพร้าว ๓๕ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๑.๓ บริษัท เอ็นโดเมด (๑๙๙๙) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ แยก ๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ปรากฏดังนี้

๒.๑ ถูกต้องตามเงื่อนไขและรับพิจารณา ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท เอ็นโดเมด (๑๙๙๙) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.๒ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและไม่รับพิจารณา ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๒ ราย คือ

๒.๒.๑ บริษัท เมติแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้คือ ข้อ ๔.๑ มีผลงานขาย

เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (HIGH FREQUENCY OSCILLATORY INFANT VENTILATOR) ให้หน่วยราชการ มาแล้วอย่างน้อย ๒ แห่ง แต่ผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารมาแสดงในการเสนอราคา

๒.๒.๒ บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๖,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๒.๒.๑ ข้อ ๒.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐, ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓, CE๐๑๒๐ แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๒.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ๙๓/๔๒/EEC, ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๒, CE๐๑๒๐ และไม่มีเอกสารได้รับการรับรองมาตรฐาน CE๐๑๒๐ มาแสดงในการเสนอราคา

๒.๒.๒.๒ ข้อ ๓.๑.๑ มี Mode การทำงานของ CPAP, CMV, PSV (Pressure Support), PTV. (ASSIST control), SIMV. ตั้งจังหวะการหายใจได้ตั้งแต่น้อย ๑-๑๕๐ ครั้ง/นาที แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๑.๑ มี Mode การทำงานของ CPAP, IMV, PSV (Pressure Support), ASSIST control, SIMV. ตั้งจังหวะการหายใจได้ตั้งแต่น้อย ๑-๓๐๐ ครั้ง/นาที

๒.๒.๒.๓ ข้อ ๓.๑.๒ ปรับตั้งเวลาการหายใจเข้าได้ตั้งแต่ ๐.๑-๓ วินาที โดยปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ ๐.๐๑ วินาที แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๑.๒ ปรับตั้งเวลาการหายใจเข้าได้ตั้งแต่ ๐.๑-๒ วินาที โดยปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ ๐.๐๑ วินาที

๒.๒.๒.๔ ข้อ ๓.๑.๔ สามารถตั้ง Inspiratory Pressure ได้ตั้งแต่ ๐ - ๖๕ mbar (cmH₂O) แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๑.๔ สามารถตั้ง Inspiratory Pressure (Pmax) ได้ตั้งแต่ ๕ - ๖๐ mbar (cmH₂O)

๒.๒.๒.๕ ข้อ ๓.๑.๕ สามารถตั้ง Target Tidal Volume ได้ตั้งแต่ ๒ ml. ถึง ๒๐๐ ml. แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๑.๕ สามารถตั้ง Target Tidal Volume ได้ตั้งแต่ ๒ ml. ถึง ๑๕๐ ml.

๒.๒.๒.๖ ข้อ ๓.๒ มีระบบ HFO สามารถสร้างความถี่ของการสั่นตัวได้ ๓-๒๐ Hz ปรับช่วงการหายใจเข้า - ออกได้ ๑:๑, ๑:๒, ๑:๓ แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๒.๒ มีระบบ HFO สามารถสร้างความถี่ของการสั่นตัวได้ ๕-๑๕ Hz ปรับช่วงการหายใจเข้า - ออก ๓๓-๕๐%

๒.๒.๒.๗ ข้อ ๓.๒.๓ ตั้ง Mean Airway Pressure ได้ตั้งแต่ ๐-๔๕ mbar (cmH₂O) แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๒.๓ ตั้ง Mean Airway Pressure ได้ตั้งแต่ ๐-๓๐ cmH₂O

๒.๒.๒.๘ ข้อ ๓.๒.๔ ตั้ง Delta Pressure ได้ตั้งแต่ 4-150 mbar (cmH₂O) แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๒.๔ ตั้ง Oscillation Pressure amplitude for HFO ได้ตั้งแต่ 5-100%

๒.๒.๒.๙ ข้อ ๓.๖ สามารถตั้ง Apnea Back up ใน Mode CPAP, PTV, PSV, SIMV แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๖ สามารถตั้ง Apnea Back up ใน Mode nCPAP, Assist/Control, PSV, SIMV

๒.๒.๒.๑๐ ข้อ ๔.๑ มีผลงานขายเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (HIGH FREQUENCY OSCILLATORY INFANT VENTILATOR) ให้หน่วยราชการ มาแล้วอย่างน้อย ๒ แห่ง แต่ผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารมาแสดงในการเสนอราคา

๓. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัท เอ็นโดเมด (๑๙๙๙) จำกัด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาซึ่งเสนอรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดังกล่าวที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๓๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อ ๑,๐๐๐.-บาท (วงเงินที่จะซื้อ ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท) และต่ำกว่าราคากลาง ๑,๐๐๐.-บาท (ราคากลาง ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ

คณะกรรมการฯ เห็นควรรับราคาและซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กับบริษัท เอ็นโดเมด (๑๙๙๙) จำกัด ผู้เสนอราคาได้ต่อไป

จังหวัดชยันนาทได้พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง จากบริษัท เอ็นโดเมด (๑๙๙๙) จำกัด เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๓๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชยันนาท ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกประการและไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายวิริยะ เอียวประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท