



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑ คัน นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏผลการเปิดซอง ดังนี้

๑. จำนวนผู้มายื่นซอง

มีผู้มายื่นซองเสนอราคา ๒ ราย คือ

๑.๑ บริษัท แท้บัววัน โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ ๗๙๙/๑๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

๑.๒ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ ๙๓/๙๐ ซอยประชาชนกุล ๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกและรายการละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาดังกล่าวและไม่รับพิจารณา จำนวน ๒ ราย คือ

๒.๒.๑ บริษัท แท้บัววัน โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๒.๑.๑ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ก) ข้อ ๑.๒๗ “มีชุดฐานสำหรับล็อกเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด้านท้ายรถโดยมีรางคู่ทำด้วยสแตนเลสขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ด้านหน้าชุดฐานปูทับด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และด้านข้างบุด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ตัวล็อกอัตโนมัติ สำหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้นและด้านท้ายของชุดฐานเป็นประตูปิด-เปิดใหญ่และกว้างพอสำหรับเก็บ Spinal Board ได้” แต่บริษัท แท้บัววัน โซลูชั่น จำกัด ผู้เสนอราคากำหนดเป็น “มีชุดฐานสำหรับล็อกเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด้านท้ายรถโดยมีรางคู่ทำด้วยสแตนเลสขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ด้านหน้าชุดฐานปูทับด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร พร้อมตัวล็อกอัตโนมัติ สำหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้นและด้านท้ายของชุดฐานเป็นประตูปิด-เปิดใหญ่และกว้างพอสำหรับเก็บ Spinal Board ได้”

๒.๒.๑.๒ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ข) ข้อ ๑.๑.๑ “ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะสแตนเลส มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดานรองหลัง” แต่บริษัท แท้บัววัน โซลูชั่น จำกัด ผู้เสนอราคากำหนดเป็น “ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะอลูมิเนียม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดานรองหลัง”

๒.๒.๑.๓ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ข) ข้อ ๑.๑.๒ “แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดี” แต่บริษัท แท้บวัน โชลูชั่น จำกัด ผู้เสนอราคากำหนดเป็น “แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากวัสดุลูมิเนียมอย่างดี”

๒.๒.๑.๔ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ข) ข้อ ๑.๑.๘ “น้ำหนักเตียงไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๖๐ กิโลกรัม” แต่บริษัท แท้บวัน โชลูชั่น จำกัด ผู้เสนอราคากำหนดเป็น “น้ำหนักเตียงไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๒๙๕ กิโลกรัม”

๒.๒.๒ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๒.๒.๑ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ก) ข้อ ๑.๒๗ “มีชุดฐานสำหรับล็อกเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด้านท้ายรถโดยมีรางคู่ทำด้วยสแตนเลสขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ด้านหน้าชุดฐานปูทับด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และด้านข้างบุด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ตัวล็อกอัตโนมัติ สำหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้นและด้านท้ายของชุดฐานเป็นประตูปิด-เปิดใหญ่และกว้างพอสำหรับเก็บ Spinal Board ได้” แต่บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้เสนอราคากำหนดเป็น “มีชุดฐานสำหรับล็อกเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด้านท้ายรถโดยมีรางคู่ทำด้วยสแตนเลสขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ด้านหน้าชุดฐานปูทับด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร พร้อมตัวล็อกอัตโนมัติ สำหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้นและด้านท้ายของชุดฐานเป็นประตูปิด-เปิดใหญ่และกว้างพอสำหรับเก็บ Spinal Board ได้”

๒.๒.๒.๒ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ข) ข้อ ๑.๑.๘ “น้ำหนักเตียงไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๖๐ กิโลกรัม” แต่บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้เสนอราคากำหนดเป็น “น้ำหนักเตียงไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๖๐ กิโลกรัม”


๒.๒.๒.๓ ประกาศฯ กำหนดว่า หมวด (ข) ข้อ ๑.๑.๕ “แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้” แต่บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้เสนอราคาไม่ได้ระบุไว้

๓. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว ยื่นของเสนอราคา ซึ่งเสนอรายละเอียดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้างและเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เห็นควรยกเลิกการสอบราคา ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดชัยนาท จึงให้ยกเลิกการสอบราคาตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายวิริยะ เขียวประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท