



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ
สำหรับผู้ป่วยทั่วไปและสำหรับทารก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ตามที่จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่
๑. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง
๒. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับทารก จำนวน ๒ เครื่อง
ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๔.๐๐ น. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏผลการเปิดซอง ดังนี้

๑. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ๒ ราย คือ

๑.๑ บริษัท เวิลด์เทค คำส่งเครื่องมือแพทย์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕/๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

๒. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับทารก จำนวน ๒ เครื่อง
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ๒ ราย คือ

๒.๑ บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๒/๒๓-๒๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

๒.๒ บริษัท สยาม เฮอร์เมติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๘๙ หมู่ที่ ๖ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

๓. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และรายละเอียด คุณสมบัติของ
สิ่งของแล้วปรากฏดังนี้

๓.๑ เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง
ถูกต้องตามเงื่อนไขและรับพิจารณา จำนวน ๒ ราย คือ

๓.๑.๑ บริษัท เวิลด์เทค คำส่งเครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓.๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับทารก จำนวน ๒ เครื่อง

๓.๒.๑ ถูกต้องตามเงื่อนไขและรับพิจารณา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท จำريญแพทยภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.๒.๒ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและไม่รับพิจารณา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท สยาม เซอร์เมติก จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือ ข้อ ๓.๑๐ ตามประกาศฯ กำหนดว่า “เครื่องมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย (มีน้ำหนักอย่างมากไม่เกิน ๒๘๐ กรัมโดยไม่นับรวมน้ำหนักแบตเตอรี่) สะดวกต่อการใช้งานขนาดของเครื่องอย่างน้อยตั้งแต่ (สูงxกว้างxลึก) ๑๑๒ mm. x ๘๙ mm. x ๓๒ mm.” แต่ผู้เสนอราคากำหนดว่า “เครื่องมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย (มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๗๖ กรัม โดยไม่นับรวมแบตเตอรี่) สะดวกต่อการใช้งานของเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) ๑๒๐ mm. x ๘๐ mm. x ๓๐ mm.”

๔. ผลการพิจารณา

๔.๑ เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัท เวิลด์เทค คำส่งเครื่องมือแพทย์ จำกัด ซึ่งเสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับวงเงินราคากลาง (วงเงินราคากลาง ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท) และเท่ากับวงเงินที่จะซื้อ (วงเงินที่จะซื้อ ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมเพราะไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับราคาและซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) กับบริษัท เวิลด์เทค คำส่งเครื่องมือแพทย์ จำกัด ผู้เสนอราคาได้ต่อไป

๔.๒ เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับทารก จำนวน ๒ เครื่อง

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัท จำริญแพทยภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินราคากลาง จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (วงเงินราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐.-บาท) และต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อ จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (วงเงินที่จะซื้อ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมเพราะไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ

จังหวัดชัยนาทได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท เวิลด์เทค คำส่งเครื่องมือแพทย์ จำกัด

๒. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ สำหรับทารก จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากบริษัท จำเจริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด เนื่องจากข้อ ๑ และข้อ ๒ เสนอราคาต่ำสุดและรายละเอียดถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการและไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายวิริยะ เชื้อประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท