



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้

๑. จำนวนผู้มายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

มีผู้มายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ๔ ราย คือ

๑.๑ บริษัท โซวิก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘, ๔๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๑.๒ บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๘/๑๓๕ หมู่บ้านกรีนิช ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

๑.๓ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/๒, ชั้น ๑, ชั้น ๒ อาคารเลขที่ ๑๐/๑๑ หมู่ที่ ๑๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑.๔ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ปรากฏดังนี้

๒.๑ ถูกต้องตามเงื่อนไขและรับพิจารณา จำนวน ๒ ราย คือ

๒.๑.๑ บริษัท โซวิก จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.๑.๒ บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒/๒.๒ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข...

๒.๒ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและไม่รับพิจารณา ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๒ ราย คือ

๒.๒.๑ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้ายประกาศฯ ดังนี้

๔.๒.๕.๑ มีจอภาพแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO₂) ที่วัดได้ มีเทคนิคในการตรวจจับสภาวะ Low perfusion, Motion artifact พร้อมแสดงค่า Perfusion index แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ๔.๒.๕.๑ มีจอภาพแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO₂) ที่วัดได้ มีเทคนิคในการตรวจจับสภาวะ Low perfusion, Motion artifact ซึ่งไม่ระบุความสามารถในการแสดงค่า Perfusion index

๔.๒.๗.๒ เป็นชนิด Micro stream สามารถใช้ได้กับทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ๔.๒.๗.๒ เป็นชนิด Micro หรือ SideStream สามารถใช้ได้กับทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ

๔.๒.๗.๓ สามารถใช้งานได้เฉพาะทารกแรกเกิด โดย airway adapter ต้องเป็นขนาดของทารกแรกเกิดเท่านั้น (ขนาด airway adapter เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ cm. ความยาวไม่เกิน ๕ cm.) แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ๔.๒.๗.๓ สามารถใช้งานได้เฉพาะทารกแรกเกิด โดย airway adapter ต้องเป็นขนาดของทารกแรกเกิดเท่านั้น (ขนาด airway adapter เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๓ cm. ความยาวไม่เกิน ๕ cm.)

๔.๒.๙ ภาควัดเพิ่มเติมที่สามารถทำได้ เช่น ภาควัดแสดงรูปคลื่นไฟฟ้าสมองจากการวัดค่า aEEG, ภาควัดการทำงานของการทำงานของหัวใจ (patient Spirometry) เป็นต้น แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ๔.๒.๙ ภาควัดเพิ่มเติมที่สามารถทำได้ เช่น ภาควัดแสดงรูปคลื่นไฟฟ้าสมองจากการวัดค่า cEEG, ภาควัดการทำงานของหัวใจ (patient Spirometry) เป็นต้น

๒.๒.๒ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๘,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้ายประกาศฯ ดังนี้

๔.๒.๑.๘ มีระบบสัญญาณเตือนและตรวจจับ เมื่อเกิดเหตุการณ์หัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmia detection) ในทารกแรกเกิด ดังนี้ Asystole, Tachycardia, Bradycardia, VF, VT, Atrial fib ได้เป็นอย่างดีน้อย แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ๔.๒.๑.๘ มีระบบสัญญาณเตือนและตรวจจับ เมื่อเกิดเหตุการณ์หัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmia detection) ในทารกแรกเกิด ดังนี้ Asystole, Tachycardia, Bradycardia, VF, VT, Atrial fib หรือ V Brady, SV Tachy, Bigeminy, Trigeminy ได้เป็นอย่างดีน้อย

๔.๒.๗.๒ เป็นชนิด Micro stream สามารถใช้ได้กับทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ๔.๒.๗.๒ เป็นชนิด Micro stream หรือ Main stream สามารถใช้ได้กับทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) พบว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถือเป็นสาระสำคัญ จึงมีมติให้บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ผิดเงื่อนไขในการเสนอราคา

๓. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัท โซวิค จำกัด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาซึ่งเสนอรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดังกล่าวที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อ ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (วงเงินที่จะซื้อ ๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท) และต่ำกว่าวงเงินราคากลาง ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (ราคากลาง ๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเพราะไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ

คณะกรรมการฯ เห็นควรรับราคาและซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กับบริษัท โซวิค จำกัด ผู้เสนอราคาได้ต่อไป

จังหวัดชยันนาทได้พิจารณาแล้วอนุมัติสั่งซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๘ เครื่อง โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง จากบริษัท โซวิค จำกัด เป็นราคาทั้งสิ้น ๔,๑๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดชยันนาท ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการและไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายพลสิทธิ์ ศิริสาร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชยันนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท