

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องมือสำหรับตรวจอัลตราซาวด์แบบคอนเวกซ์ (Convex Ultrasound Probe) จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
 - ๔.๑ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท ดีเอ็มเอส สกินส์ไลฟ์ จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายสุภวุฒิ อินทรเกษตร ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางวีรัตน์ เฉลิมชัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาววรรณช วิทยวราวัฒน์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือสำหรับตรวจอัลตราซาวด์แบบคอนเวกซ์ (Convex Ultrasound Probe)
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร**

.....

๑. ความต้องการ

Probe ตรวจอัลตราซาวด์แบบ Convex สำหรับใช้กับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตระกูล Logiq P๖ Series และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร มีเครื่องใช้งานอยู่ (Logiq P๖ Series) เพื่อใช้ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะของทารกแรกเกิดและเด็ก

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็น Probe ตรวจอัลตราซาวด์แบบ Convex ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตระกูล Logiq P๖ Series และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑. ความถี่หัวตรวจ (Bandwidth) อยู่ในช่วงระหว่าง ๓ - ๑๒ MHz
๒. มีขนาดมุมในการสแกนสูงสุด (FOV Max.) ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา
๓. มีขนาด Foot Print ไม่เกิน ๑๒ x ๒๖ mm
๔. มีจำนวน Element ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ elements
๕. มี Convex Radius ไม่เกิน ๑๑ mmR

๔. เงื่อนไขพิเศษ

๔.๑ หัวตรวจที่จำหน่ายให้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อนพร้อมติดตั้งเพื่อใช้งาน และต้องสาธิตแนะนำการใช้งานจนผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๔.๒ ผู้ขายต้องมีเอกสารและ/หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตที่แสดงได้ว่าหัวตรวจ (Probe) ที่จำหน่ายให้ มีคุณสมบัติอย่างน้อยตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดครบทุกรายการ และต้องทำการระบายสี (Highlight) หรือทำเครื่องหมายรายการที่ตรงกับคุณสมบัติในรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

๔.๓ ต้องรับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๔.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

.....

