

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ อุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนของ
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๐ อัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย เครื่องละ ๘,๑๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากห้องตลาดเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

๔.๑ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด

๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีไอเอ็มเอ

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทนซีฟ ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณค์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
-----------------------------	------------------------------	---------------

๕.๒ นางดุชนฎี แก้วจงประสิทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
-------------------------------	------------------------------	---------

๕.๓ นางจิระนันท์ แสงไกร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
-------------------------	------------------------------	---------

รายละเอียดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนของเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

.....

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑.๒.๑ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าการหายใจช่วงหายใจออก

๑.๒.๒ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าการหายใจชนิด Variable Orifice Flow Sensor

๑.๒.๓ เป็นอุปกรณ์ชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อ (Reusable) นำกลับมาใช้ใหม่ได้

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะด้านการออกแบบ

๑.๓.๑ มีลักษณะเป็นท่อซิลิโคน ๒ คู่กัน สามารถโค้งงอได้

๑.๓.๒ ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นข้อต่อพร้อมที่ล็อคสำหรับต่อเข้ากับตัวเครื่องช่วยหายใจ

๑.๓.๓ ปลายอีกด้านจะมีลักษณะเป็นท่อพลาสติกใสสีขาว ขนาด ๒๒ มิลลิเมตร x ๒๗ มิลลิเมตร
สำหรับต่อเข้ากับฝาครอบวาล์วควบคุมการหายใจออก

๒. เงื่อนไขเฉพาะ

๒.๑ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๓ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี

๒.๔ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแคตตาล็อก

.....

Am

Am

Am