

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกเอนสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๔ เตียง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๔ เตียง ราคาเตียงละ ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่าง ๆ  
เป็นราคาอ้างอิง

๔.๑ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

๔.๒ บริษัท สตี๊ด จำกัด

๔.๓ บริษัท ไอ บอดี บาลานซ์ เมดดิเทค จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางบรรเจิด มีทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวรุ่งพร ภูสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  
โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์**

.....

**๑. ความต้องการ**

เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๔ เตียง

**๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย สามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ โดยใช้ไถหมุนในการปรับระดับ

**๓. คุณสมบัติทั่วไป**

๓.๑ โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กเคลือบสี

๓.๒ ขนาดของเตียง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมที่นอน)

๓.๓ สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม

๓.๔ ส่วนรองรับตัวคนไข้ (พื้นเตียง) แบ่งเป็น ๔ ตอน ทำจากแผ่นเหล็กเคลือบสีกันสนิม มีช่องระบายอากาศทุกตอน เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี มีความแข็งแรงและทนทาน

๓.๕ ส่วนหัวเตียงและปลายเตียง ทำจากพลาสติก ABS สามารถสวม ถอดเข้า-ออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย และมีช่องว่างสำหรับจับ เพื่อความสะดวกในการจับ น้ำหนักเบา ทนทานต่อการดึงและกระแทก

๓.๖ ส่วนพลาสติก ABS ปลายเตียง มีช่องสำหรับใส่บัตรไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๓.๗ ราวกันเตียงทั้ง ๒ ข้าง ชนิดยาวตลอด ทำด้วยท่ออลูมิเนียม จำนวน ๖ เสา สามารถยกราวขึ้น-ลง ได้สามารถล๊อคราวได้เมื่อยกราวขึ้น เพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง หรือสามารถปลดตัวล๊อค เพื่อพับราวเก็บลงข้างเตียงได้

๓.๘ ล้อทั้ง ๔ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร พร้อมระบบล๊อคล้อทั้ง ๔ ล้อ

๓.๙ การปรับระดับโดยการใช้ไถหมุน โดยไถสามารถพับเก็บได้เพื่อความเรียบร้อย สามารถปรับระดับเตียงได้ ๓ ระดับ ดังนี้

- ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง ได้ระหว่าง ๐-๗๕ องศา

- ปรับระดับเข้าขึ้น-ลง ได้ระหว่าง ๐-๔๕ องศา

- ปรับระดับความสูงของเตียง ได้ระหว่าง ๔๘๐-๗๐๐ มิลลิเมตร

**๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน**

๔.๑ ที่นอนเบาะพองน้ำ-ใยมะพร้าวหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ จำนวน ๑ หลัง/ต่อ ๑ เตียง

๔.๒ เสาน้ำเกลือ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ จำนวน ๑ ต้น/ ต่อ ๑ เตียง

**๕. เงื่อนไขเฉพาะ**

๕.๑ บริษัทต้องได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

๕.๒ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันรับมอบของครบ

๕.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

*Signature*

*Signature*

*Signature*