

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
โรงพยาบาลชยันตนาทเรนทร

.....

๑. ลักษณะความต้องการ

เป็นน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบิน A๑C ในเลือดประกอบด้วย

๑. น้ำยาชะล้างฮีโมโกลบินชนิด pH ๕.๐ ± ๐.๒ ขนาดบรรจุ ๘ bott x ๑๐๐๐ ml จำนวน ๕ กล่อง
๒. น้ำยาชะล้างฮีโมโกลบินชนิด pH ๗.๐ ± ๐.๒ ขนาดบรรจุ ๑ bott x ๖๐๐ ml จำนวน ๗ กล่อง
๓. น้ำยาชะล้างฮีโมโกลบินชนิด pH ๙.๐ ± ๐.๒ ขนาดบรรจุ ๔ bott x ๖๐๐ ml จำนวน ๕ กล่อง
๔. น้ำยาเจือจางเลือด ขนาดบรรจุ ๓ bott x ๒๐๐๐ ml จำนวน ๖ กล่อง

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๑. น้ำยาชะล้างฮีโมโกลบินชนิด pH ๕.๐ ± ๐.๒

๑.๑ น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน

๑.๒ น้ำยาเป็น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซึ่งมีโซเดียม เอไซด์ เป็นสารรักษาสภาพน้ำยา

๑.๓ เป็นน้ำยาชะล้าง ฮีโมโกลบินชนิด pH ๕.๐ ± ๐.๒ ผ่านคอลัมน์ตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่เครื่องกำหนด

๑.๔ เก็บที่อุณหภูมิ ๓ - ๓๐ องศาเซลเซียส

๒. น้ำยาชะล้างฮีโมโกลบินชนิด pH ๗.๐ ± ๐.๒

๒.๑ น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน

๒.๒ น้ำยาเป็น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซึ่งมีโซเดียม เอไซด์ เป็นสารรักษาสภาพน้ำยา

๒.๓ เป็นน้ำยาชะล้าง ฮีโมโกลบินชนิด pH ๗.๐ ± ๐.๒ ผ่านคอลัมน์ตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่เครื่องกำหนด

๒.๔ เก็บที่อุณหภูมิ ๓ - ๓๐ องศาเซลเซียส

๓. น้ำยาชะล้างฮีโมโกลบินชนิด pH ๙.๐ ± ๐.๒

๓.๑ น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน

๓.๒ น้ำยาเป็น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซึ่งมีโซเดียม เอไซด์ เป็นสารรักษาสภาพน้ำยา

๓.๓ เป็นน้ำยาชะล้าง ฮีโมโกลบินชนิด pH ๙.๐ ± ๐.๒ ผ่านคอลัมน์ตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่เครื่องกำหนด

๓.๔ เก็บที่อุณหภูมิ ๓ - ๓๐ องศาเซลเซียส

๔. คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาเจือจางเลือด

๔.๑ น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน

๔.๒ น้ำยาเป็นฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซึ่งมีโซเดียมเอไซด์ เป็นสารรักษาสภาพน้ำยาพร้อมสารลดแรงตึงผิว เพื่อช่วยในการทำความสะอาด

๔.๓ เป็นน้ำยาเจือจางเลือด ก่อนทำการวิเคราะห์และล้างระบบหลังการวิเคราะห์

๔.๔ เก็บที่อุณหภูมิ ๓ - ๓๐ องศาเซลเซียส

๔.๕ ไม่ทำให้คอลัมน์และสายยางภายในเครื่องชำรุดเสียหาย

-๒-/๓.เงื่อนไขเฉพาะ...



๓.เงื่อนไขเฉพาะ

๑. น้ำยาทุกตัว จะต้องมียอายุการใช้งานมากกว่า ๖ เดือน นับแต่วันที่รับมอบสินค้าจากผู้ขาย
๒. บริษัทจะต้องสนับสนุนติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกลบิน A๑C ชนิดอัตโนมัติ ทั้งนี้จะเป็นการยืมใช้จนกว่าน้ำยาจะหมด โดยไม่คิดมูลค่า
๓. บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมบำรุง และค่าอะไหล่ทั้งหมด
๔. บริษัทจะฝึกสอนการใช้งานของเครื่องและการแก้ไขในเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่จนมีความชำนาญและใช้งานได้ดี
๕. มีหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
๖. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีการชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน
๗. บริษัทสามารถเชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเข้ากับระบบ Laboratory information system (LIS) ที่โรงพยาบาลมีอยู่โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเชื่อมระบบ

.....

K  
S  
J