



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กพร) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้

๑. จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ๓ ราย คือ

๑.๑ บริษัท โซวิก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘, ๔๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๑.๒ บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๘/๑๓๕ หมู่บ้านกรีนนิช ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

๑.๓ บริษัท เอ็นพีเอ็นที จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐ ซอยอมรพันธ์ ๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ปรากฏดังนี้

๒.๑ ถูกต้องตามเงื่อนไขและรับพิจารณา ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๒ ราย คือ

๒.๑.๑ บริษัท โซวิก จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒.๑.๒ บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒/๒.๒ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข...

๒.๒ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและไม่รับพิจารณา ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท เอ็นบีเอ็นที จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๒.๑ ข้อ ๓.๑.๒.๒.๔ ปรับอัตราการไหลของก๊าซรวมทั้งหมด (Total Fresh Gas Flow) ได้ตั้งแต่ ๐.๐ ถึง ๒๐.๐ ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๑.๒.๒.๔ ปรับอัตราการไหลของก๊าซรวมทั้งหมดได้ตั้งแต่ ๐.๐ ถึง ๑๐.๐ ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า

๒.๒.๒ ข้อ ๓.๑.๔.๑๒.๒ ปริมาตรของลมหายใจออกใน ๑ นาที (Expiratory Minute Volume) แต่ผู้เสนอราคาระบุเป็น ข้อ ๓.๑.๔.๑๒.๒ ปริมาตรของลมหายใจเข้า-ออก (Expiratory Minute Volume)

๒.๒.๓ ข้อ ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
4.2 กรณีที่เครื่องชำรุดในระหว่างการรับประกันคุณภาพ บริษัทฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการได้รับแจ้ง หากไม่สามารถแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 7 วัน บริษัทฯ ต้องมีเครื่องสำรองใช้ให้แก่ทางโรงพยาบาลจนกว่าการดำเนินการซ่อมจะแล้วเสร็จ

4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา หรือ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป

4.4 ผู้แทนจำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

4.5 เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน แต่ผู้เสนอราคาไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารการเสนอราคาในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

๓. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัท โซวิค จำกัด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ซึ่งเสนอรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดังกล่าวที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อ ๒,๐๐๐.-บาท (วงเงินที่จะซื้อ ๑,๓๔๐,๐๐๐.-บาท) และต่ำกว่าราคากลาง ๒,๐๐๐.-บาท (ราคากลาง ๑,๓๔๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ คณะกรรมการฯ เห็นควรรับราคาและซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กับบริษัท โซวิค จำกัด ผู้เสนอราคาได้ต่อไป

จังหวัดชัยนาทได้พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม
เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง จากบริษัท โซวิค จำกัด เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๓๓๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง
มีคุณสมบัติและเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท
ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกประการและไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายวิริยะ เอียวประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท