

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด ต้อกระยะแบบแพลเล็ก (Phacoemulsification) จำนวน ๒ ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดขัยนาท โรงพยาบาลขัยนาทเรนทร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) **๒๗ มกราคม ๒๖๐**  
เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย ชุดละ ๒๔๗,๕๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ใช้ราคาที่ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นราคาอ้างอิง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ นางสาวธีราภา ชาญกุล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นางสาวภัทรดา บุญเสริม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
  - ๕.๓ นางสาวศิรima บุญศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็ก (Phacoemulsification)  
โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร

**๑. ความต้องการ**

ด้ามจับมีถือเพื่อป้องกันเสียงความถี่สูง จำนวน ๒ ชุด

**๒. วัสดุประสงค์**

เพื่อใช้สลายต้อกระจกกับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจก

**๓. คุณลักษณะเฉพาะ**

๓.๑ เป็นด้ามมือถือใช้ประกอบเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง

๓.๒ สามารถสลายต้อกระจกแบบ เข็มสลายต้อเคลื่อนที่ ซ้าย - ขวา หรือ เดินหน้า - ถอยหลัง ได้

๓.๓ สามารถใช้ประกอบกับเข็มสลายต้อกระจกได้หลายชนิด เช่น ๓๐ DEGREE, ๔๕ DEGREE

๓.๔ ด้ามจับมีสายไฟฟ้าเพื่อใช้ต่อ กับเครื่อง สามารถใช้ต่อ กับเครื่องสลายต้อกระจกที่มีอยู่ในโรงพยาบาลได้  
ด้ามจับมีถือสามารถต่อเข้ากับสาย IRRIGATION (สายน้ำเข้าตา) และสาย ASPIRATION (สายดูดน้ำออกจากตา)  
ได้พอดี

๓.๕ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังต่อไปนี้

- Sterilization Tray ๑ ชิ้น
- I/A Handpiece ๑ ชิ้น
- I/A Tip ๐.๓ mm. ๑ ชิ้น
- Wrench stainless ๑ ชิ้น

**๔. คุณสมบัติทั่วไป**

เป็นด้ามมือถือ ใช้ประกอบเครื่องผ่าตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

**๕. เงื่อนไขอื่น ๆ**

๕.๑ รับประกันคุณภาพ ๑๒ เดือน

๕.๒ เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับ เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย

ธีราภา ชาญญาณ

จ้ากรา บก.สธร.  
๑

๘๒๖ บก.สธร.