

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องมือสำหรับตรวจอัลตราซาวด์
แบบคอนเวกซ์ (Convex Ultrasound Probe) จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง

๔.๑ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

๔.๒ บริษัท ดีเอ็มเอส สกินส์ไลฟ์ จำกัด

๔.๓ บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายสุภาวุฒิ อินทรเกษตร	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
----------------------------	------------------------------	---------------

๕.๒ นางวิรัตน์ เฉลิมชัย	ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
-------------------------	---------------------------------	---------

๕.๓ นางสาววรรณุช วิทยวราวัฒน์	ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
-------------------------------	---------------------------------	---------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือสำหรับตรวจอัลตราซาวด์แบบคอนเวกซ์ (Convex Ultrasound Probe)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
.....

๑. ความต้องการ

Probe ตรวจอัลตราซาวด์แบบ Convex สำหรับใช้กับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตระกูล Logiq P๖ Series และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีเครื่องใช้งานอยู่ (Logiq P๖ Series) เพื่อใช้ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะของทารกแรกเกิดและเด็ก

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็น Probe ตรวจอัลตราซาวด์แบบ Convex ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตระกูล Logiq P๖ Series และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑. ความถี่หัวตรวจ (Bandwidth) อยู่ในช่วงระหว่าง ๓ – ๑๒ MHz
๒. มีขนาดมุมในการสแกนสูงสุด (FOV Max.) ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา
๓. มีขนาด Foot Print ไม่เกิน ๑๒ x ๒๖ mm
๔. มีจำนวน Element ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ elements
๕. มี Convex Radius ไม่เกิน ๑๑ mmR

๔. เงื่อนไขพิเศษ

๔.๑ หัวตรวจที่จำหน่ายให้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อนพร้อมติดตั้งเพื่อใช้งาน และต้องสาธิตแนะนำการใช้งานจนผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๔.๒ ผู้ขายต้องมีเอกสารและ/หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตที่แสดงได้ว่าหัวตรวจ (Probe) ที่จำหน่ายให้ มีคุณสมบัติอย่างน้อยตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดครบทุกรายการ และต้องทำการระบายสี (Highlight) หรือทำเครื่องหมายรายการที่ตรงกับคุณสมบัติในรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

๔.๓ ต้องรับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๔.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

.....

