

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
จำนวน ๕ เตียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย ๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่ซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๘๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นราคาอ้างอิง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางวันดี รังรองธานินทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางศิรินพร ทัพโพธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวสาวิตรี คุณชา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๑. ความต้องการ

เตียงผู้ป่วยชนิดสามโก รวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕ เตียง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย โดยสามารถปรับระดับท่าต่างๆ ของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า แบบสามโก

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเตียงผู้ป่วย ๓ ฟังก์ชันการทำงาน สามารถปรับช่วงหลัง, เช่า และปรับระดับสูง ต่ำ ของเตียงได้ โดยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แบบ ๓ มอเตอร์

๓.๒ สามารถควบคุมการปรับท่าต่างๆ ของเตียง ด้วยระบบรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย

๓.๓ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐V AC ความถี่ ๕๐ Hz. พร้อมแบตเตอรี่สำรองกรณีไฟดับ

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ขนาดของเตียงโดยรวม มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มม. สามารถปรับระดับต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มม. และปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มม. (ไม่รวมเบาะ)

๔.๒ โครงเตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ป้องกันแบคทีเรีย และสนิม โดยมีรูเสาใส่เสาน้ำเกลือจำนวน ๔ รู

๔.๒.๑ พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ตอน ทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) ป้องกันแบคทีเรีย และสนิม เพื่อการระบายอากาศที่ดีของพื้นเตียง

๔.๒.๒ พนักหัวและท้ายเตียง ทำด้วยพลาสติก PP และ ABS สามารถถอดเข้า-ออก จากเตียงได้

๔.๒.๓ มีราวกันเตียงชนิดยาวตลอด สามารถพับขึ้น-ลง ขนานกับเตียงได้ ทำด้วยท่ออลูมิเนียม จำนวน ๖ เสา

๔.๒.๔ มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มม. จำนวน ๔ ล้อ ระบบล้อเบรก

๔.๓ เตียงสามารถปรับท่าจากรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย ได้ดังนี้

๔.๓.๑ ปรับระดับหลังขึ้น-ลง ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๔.๓.๒ ปรับระดับเข้าขึ้น-ลง ได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา

๔.๓.๓ ปรับระดับสูง-ต่ำของเตียง ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐-๖๐๐ มม. จากพื้น

๔.๔ เตียงสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม


๔.๕ อุปกรณ์ประกอบเตียง

๔.๕.๑ เสาแขวนขวดน้ำเกลือ

จำนวน ๕ ต้น

๔.๕.๒ ที่นอนเบาะพองน้ำ-ใยมะพร้าว หุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์

จำนวน ๕ หลัง

 ๒/๕. เงื่อนไขเฉพาะ...

Atm

ศิริวิมล กิจนท

๕. เจ็อนไขเฉพาะ

๕.๑ บริษัทต้องได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

๕.๒ บริษัทต้องรับประกันคุณภาพ ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับสินค้า



DR

นริศ คุ้ม