

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- | | |
|--|---|
| ๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รถเข็นอนพร้อมที่ใส่ออกซิเจน
จำนวน ๗ คัน | หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) | |
| ๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๙๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๔๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จำนวน ๗ คันละ ๗๕,๕๐๐.- บาท | |
| ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้รากตลาดโดยสืบราคาจากห้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง | |
| ๔.๑ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด | |
| ๔.๒ บริษัท ไอ บอดี้ บลานซ์ เมดิเทค จำกัด | |
| ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์ | |
| ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | |
| ๕.๑ นางศิวพร ณุศรี | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวพะเยาว์ ดำเนิน | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๕.๓ นางยุพิน ทำบุญ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |

รายละเอียดคุณลักษณะของ
รถเข็นนอนพิริมที่ใส่อกซิเจน
โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร

๑. ความต้องการ

รถเข็นเพล่อนอน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ โครงที่ประกอบรถเข็นทำด้วยสแตนเล斯อย่างดี ชั้นคุณภาพเกรด ๓๐๔ ปลอดสนิม

๓.๒ ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ใส่ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ล้อ มีห้ามล้อ ๒ ล้อ

๓.๔ โครงเปลลาทำด้วยท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ตัวเปลลาเชื่อมติดด้านศีรษะสามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ

๓.๕ พื้นเปลลาทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๓.๖ เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร

๓.๗ เสาแน็เกลือ ๑ ตัน ที่เสียบเสาแน็เกลือ ๒ จุด หัว-ท้าย พร้อมที่เก็บได้เปล

๓.๘ มีคาดสำหรับวางของใต้พื้นเปลลา แบบยืดติด

๓.๙ รวมกัน เป็นแบบสไลเดอร์ขึ้น-ลง ทำด้วยท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร และขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร จำนวน ๑ คู่

๓.๑๐ มีที่วางแหงก์ออกซิเจน เส้นรอบวงขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และตั้งองศากับพื้นรถเข็นไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา

๓.๑๑ มียางกันชนรอบตัวรถเข็น

๔. อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑ ที่นอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ หลัง

๔.๒ เสาแน็เกลือ จำนวน ๑ ตัน

๕. เนื่องไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


นาย สมชาย ใจดี
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย วิวัฒน์ ใจดี